wellion® SENSOR

AUSTRIA

SUSTAV ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE (CGMS)

VODIČ ZA BRZI POČETAK



Odaberite i dezinficirajte mjesto nošenja (trbuh ili nadlaktica).
Okrenite aplikator u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga izvadili iz pakiranja.



Pritisnite aplikator do kraja i pritisnite tipku za otpuštanje.
Zatim uklonite i zbrinite aplikator.



Učvrstite odašiljač u držač senzora.

Preuzmite i registrirajte Wellion AiDEX SENSOR aplikaciju.
(Obratite pažnju na točnu mjernu jedinicu mmol/L)



Uparite odašiljač - nakon faze pripreme od 1 sata, odašiljač automatski prenosi novu vrijednost glukoze svakih 5 minuta.

SEN003HR 20250522

MED TRUST d.o.o. • Utinjska 3E • 10 000 Zagreb • Tel.: +385 1 551 4025 • info@medtrust.hr • **www.wellion.hr**

MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY

wellion®

SENSOR

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM (CGMS)

Postavljanje senzora

Koraci	✓
Odaberite i očistite željeni dio tijela (trbuh ili nadlakticu) za umetanje senzora.	
Uklanjanje aplikatora - okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu	
Poravnanje senzora: Trbuh: Nadlaktica:	
Postavljanje aplikatora - pritisnite aplikator do kraja i pritisnite gumb za otpuštanje.	
Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim uklonite aplikator	
Zagladite flaster prstima	
Učvrstite odašiljač u držač senzora	
Nanesite dodatni flaster za držanje senzora na mjestu	

Registracija u Wellion AiDEX SENSOR aplikaciji

Koraci	✓
Preuzmite aplikaciju Wellion AiDEX SENSOR iz Google Play Store ili Apple App Storea	
Pokrenite aplikaciju	
Registracija u aplikaciji (za registraciju i uparivanje potrebna je aktivna internetska veza)	
Unesite svoju e-mail adresu	
Zatražite kod za potvrdu. Bit će poslan na Vašu email adresu.	
Unesite kod za potvrdu u predviđeno polje	
Unesite lozinku (2x) i potvrdite uvjete korištenja • Zahtjevi za lozinku: najmanje 8 znakova - uključujući najmanje 1 veliko slovo, 1 malo slovo i 1 broj	
Potvrda ostalih potrebnih mjera i izjava	
Ako se na vašem pametnom telefonu otvore postavke za „Alarmi i podsjetnici“, aktivirajte funkciju za aplikaciju Wellion AiDEX SENSOR.	

Uparivanje odašiljača s aplikacijom Wellion AiDEX SENSOR

Koraci	✓
Otvorite Wellion AiDEX SENSOR aplikaciju	
Pritisnite „Uparivanje“ u Wellion AIDEX SENSOR aplikaciji	
Unesite ili skenirajte serijski broj odašiljača • Serijski broj pronaći ćete na stražnjoj strani pakiranja odašiljača • Serijski broj pronaći ćete na samom odašiljaču	
Proces uparivanja	
Počinje faza pokretanja senzora od 1 sata	
Odašiljač zatim automatski prenosi novu vrijednost glukoze svakih 5 minuta.	